

УТВЕРЖДАЮ

Проректор ММСИ им. Семашко Н.А.

Профессор

ПРОТОКОЛ

медицинских испытаний аппарата магнитотерапевтического  
"ВИТАМАГ-1".

1. С 2.06.99 по 5.07.99 г. на кафедре физиотерапии ММСИ проведены испытания аппарата магнитотерапевтического "ВИТАМАГ-1".

2. Для испытаний представлены:

а/ аппарат,

б/ техническая документация.

3. Медицинские испытания проведены по программе и методикам предприятия-изготовителя и кафедры физиотерапии. Число больных 76, количество процедур на курс лечения 6-18, продолжительностью 5-30 мин, ежедневно.

4. "ВИТАМАГ-1" соответствует требованиям технического задания. Его применяли у больных для лечения артрита и артроза различных суставов, остеоартроза, остеохондроза, перелома костей, миозита, варикозного расширения вен конечностей, вяло текущих ран, язв, остеомиелита, флегмон, радикулита, язвенной болезни желудка 12-перст. кишки, гипертонической болезни. Положительный эффект получен у 78% больных в виде снижения боли, отека, явлений воспаления, артериального давления, ускорения эпителизации, улучшения подвижности суставов, аппетита.

5. "ВИТАМАГ-1" отвечает требованиям медицинской практики. Прост в управлении, портативен, эргономичен. Предназначен для индивидуального использования. Рекомендуются к серийному производству.

Зав. кафедрой физиотерапии ММСИ

профессор, академик МАИ

Ефанов О.И.

ОАО "Корпорация" ФАЗОТРОН-НИИР  
Общество с ограниченной ответственностью  
МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА  
«Ф А З О М Е Д»  
123557, г. Москва, Электрический пер., д. 1

инн. 7710069169, р/с № 40702810738170101920  
в Краснопресненском ОСБ № 1569/01664 СБ РФ, г. Москва  
к/с № 30101810600000000342 в МБ АК СБ РФ БИК 044525342  
тел. 253-67-27 факс 253-78-00

№ 48 от 25.03. 2003

ОАО «Елатомский  
приборный завод»

Медико-техническая фирма «Фазомед»- разработчик изделия медицинской техники под уточненным названием «Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем, малогабаритный «АЛМАГ-01», ТУ 9444-004-40279992-99, рекомендованного к постановке на производство и применению в медицинской практике согласно выписке из протокола № 7 от 09.08.99 г. Комитета по новой медицинской технике МЗ РФ, подтверждает, что данное изделие ранее имело другое название — «Аппарат магнитотерапевтический «ВИТАМАГ-1», который, — согласно выписке из протокола МЗ РФ № 3 от 15.03.99 г., был рекомендован к проведению технических приемочных и клинических испытаний.



*Винокурова И.В.*  
Винокурова И.В.